

滨州市中医医院大功率手控刨削手柄 项目单一来源采购论证单

项目说明:

本次论证项目为大功率手控刨削手柄，用于我院手术室戴安力第二代刨削系统，主要用于骨科类关节镜手术。该系统原配手柄因损坏无法使用。为保证设备正常使用，确保临床医疗质量和手术效果，拟采用单一来源方式采购原厂原装适配手柄，型号为：施乐辉 Dyonics power II。

论证意见：其他品牌手柄无法与我院已有主机
完全兼容，不能保证手术效果。

建议采购原厂原装手柄，从厂家或其授权代理商处采购。

专家签名：



日期：2025.12.12

滨州市中医医院大功率手控刨削手柄 项目单一来源采购论证单

项目说明：

本次论证项目为大功率手控刨削手柄，用于我院手术室戴安力第二代刨削系统，主要用于骨科类关节镜手术。该系统原配手柄因损坏无法使用。为保证设备正常使用，确保临床医疗质量和手术效果，拟采用单一来源方式采购原厂原装适配手柄，型号为：施乐辉 Dyonics power II。

论证意见： 由于其设备具有不可替代性 同意按照单一来源采购。

专家签名：牛伟女

日期：2015.12.12

滨州市中医医院大功率手控刨削手柄 项目单一来源采购论证单

项目说明：

本次论证项目为大功率手控刨削手柄，用于我院手术室戴安力第二代刨削系统，主要用于骨科类关节镜手术。该系统原配手柄因损坏无法使用。为保证设备正常使用，确保临床医疗质量和手术效果，拟采用单一来源方式采购原厂原装适配手柄，型号为：施乐辉 Dyonics power II。

论证意见：

该手柄为我院现有刨削系统的原装配件，手柄性能可靠，临床需求符合，建议采购。

专家签名： 马永强

日期：2025.12.12

滨州市中医医院大功率手控刨削手柄 项目单一来源采购论证单

项目说明：

本次论证项目为大功率手控刨削手柄，用于我院手术室戴安力第二代刨削系统，主要用于骨科类关节镜手术。该系统原配手柄因损坏无法使用。为保证设备正常使用，确保临床医疗质量和手术效果，拟采用单一来源方式采购原厂原装适配手柄，型号为：施乐辉 Dyonics power II。

论证意见：

需提供生产商资质材料（营业执照、注册证、经营许可证等）。

因为进口器械，可提供注册证^{已提供}、检验报告、说明书。
经营商资质齐全，同意本次采购。

专家签名：何晓

日期：2025.12.12

滨州市中医医院大功率手控刨削手柄 项目单一来源采购论证单

项目说明：

本次论证项目为大功率手控刨削手柄，用于我院手术室戴安力第二代刨削系统，主要用于骨科类关节镜手术。该系统原配手柄因损坏无法使用。为保证设备正常使用，确保临床医疗质量和手术效果，拟采用单一来源方式采购原厂原装适配手柄，型号为：施乐辉 Dyonics power II。

论证意见：本产品为我院手术室戴安力第二代刨削系统的附属配件，因此配件只能接入该系统中的主机，接入其他附属配件时可能会对目前主机造成不可逆损害。

同意本次项目单一来源采购。

专家签名：张振机 日期：2025.12.12